

# 入札公告

一般競争入札を行いますので、下記のとおり公告します。

令和8年5月26日

全国土木建築国民健康保険組合  
総合病院厚生中央病院  
院長 河島 尚志

## 記

### 1 入札に付する事項

(1) 入札件名

総合病院厚生中央病院 ラジオメーター製血液ガス分析装置更新  
(詳細は仕様書に記載のとおり)

(2) 納入場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 検査科および救急外来

(3) 納入期限

令和8年12月31日

(4) 入札方法

入札は、入札者(代理人を含む。)による入札書(様式1)の直接提出により行うものを原則とし、郵送等による提出においては、事前に申し出を行い、入札日時までの必着をもって入札に参加することができる。なお、開封については入札日に全ての業者の前で開封することとする。

(5) 入札保証金

納付不要とする。

### 2 一般競争入札の参加資格

次に掲げるすべての事項に該当する者であること。

(1) 以下のいずれかを満たしている者であること。

ア 厚生労働省競争参加資格において「物品の販売」のA又はBの等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

イ 東京都競争入札参加資格者(令和7・8年度)のうち、「営業種目:019 医療用機械器具」の「取扱品目:11 検査関連機器」による等級がAである者であること。

(2) 当院と同規模の医療機関との取引実績を有する者であること。

(3) 本機器を落札した場合、機器で使用する試薬等も納品できる者であること。

(4) 健康保険法に基づく健康保険、厚生年金保険法に基づく厚生年金保険、雇用保険法に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部または一部に

ついて法令で除外されている者は、この限りではない。

- (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

### 3 一般競争入札参加者の排除

特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者は一般競争入札参加者の対象外とする。

- (1) 契約を締結する能力を有しない者。
- (2) 破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者。
- (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。

### 4 一般競争入札参加者の制限

次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後、3年間一般競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用するものについても、同様とする。

- (1) 契約履行にあたり、品質又は数量に関して不正の行為をした者
- (2) 公正な執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
- (3) 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
- (4) 監督又は検査の実施に当たり職員が委託した者の職務の執行を妨げた者
- (5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
- (6) 前各号に類する行為を行った者

### 5 入札の手続き

#### (1) 事前書類の提出

ア 「2 一般競争入札の参加資格」を満たしていることを示す書類。(複写での提出も可)

イ 以下の事前書類を当院ホームページ上にて取得し、期日までに提出すること。

入札参加申請書(様式2)、反社会的勢力排除に関する誓約書(様式3)、  
機密保持に関する誓約書(様式4)

#### (2) 事前書類の提出期間

前項に該当する事前書類の提出期間は以下のとおりとする。

公告の日から令和8年6月22日(月)12時まで

#### (3) 事前書類の提出場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 会計課用度班

(電話 03-6863-2888 )

## 6 入札及び開札の日時、場所等

### (1) 日時

令和 8 年 6 月 23 日(火) 13 時 30 分

### (2) 場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 本館 3 階講義室 B

### (3) 入札者変更

入札参加申請書提出後において記載している者以外が入札に参加する場合は、当日までに委任状(様式 5)を提出すること。

### (4) 落札決定

予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。ただし、同価格 2 名以上の場合はくじ引きにより決定する。予定価格の制限内で入札者がいない場合、ただちに再度入札を実施する。その際、入札執行回数は 3 回を限度とする。

## 7 入札予定価格

非公表

## 8 入札の無効

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

- (1) 郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が入札日時までに到着しないとき。
- (2) 前号を除き、入札日時に参加しなかったとき。
- (3) 金額が未記入、不鮮明、訂正したもの及び入札者の記名押印がないとき。
- (4) 2 通以上の入札書を提出したとき。
- (5) 2 者以上の代理をした者が入札したとき。
- (6) 厚生中央病院の指示に理由なく従わないとき。

## 9 入札結果の公表

入札会場において、落札者及び落札金額を公表するものとする。

## 10 落札者の辞退

契約締結前に落札者が辞退した場合は、次位の価格をもって入札した者を落札者とする。

血液ガス分析装置 ABL90 FLEX PLUS システム 一式

仕 様 書

令和8年5月

品 名 血液ガス分析装置 ABL90 FLEX PLUS システム

数 量 一式

構 成 血液ガス分析装置 ABL90 FLEX PLUS システム 一式

#### 構成内容

1. 血液ガス分析装置 ABL90 FLEX PLUS システム 2台
2. 機器管理システム AQUIRE 1式

#### 【1, 血液ガス分析装置 ABL90 FLEX PLUS システム 製品仕様】

##### 1 基本性能

- 1-1 ワンショットで緊急時に必要な血液ガス、電解質、酸素飽和度、ヘモグロビンおよびその分画（胎児ヘモグロビンを含む）、グルコース、ラクテート、ビリルビン、クレアチニン、BUN の分析が可能である。
- 1-2 重量が 12kg 以内であり、持ち運びが可能である。
- 1-3 電極部、および試薬関係の交換がカートリッジタイプである。
- 1-4 専用の採血器具を用いた、自動検体混和機能を有する。
- 1-5 バッテリーを装置内部に搭載でき、バッテリー稼働で測定操作が可能である。
- 1-6 測定項目は、pH、 $p\text{CO}_2$ 、 $p\text{O}_2$ 、 $c\text{Na}^+$ 、 $c\text{K}^+$ 、 $c\text{Ca}^{2+}$ 、 $c\text{Cl}^-$ 、 $c\text{Glu}$ 、 $c\text{Lac}$ 、 $\alpha\text{Bil}$ 、 $c\text{Crea}$ 、 $c\text{BUN}$ 、 $\alpha\text{Hb}$ 、 $s\text{O}_2$ 、 $\text{FO}_2\text{Hb}$ 、 $\text{FCOHb}$ 、 $\text{FMetHb}$ 、 $\text{FHb}$ 、 $\text{FHbF}$  の 19 項目以上である。
- 1-7 動脈血及び静脈血をシリンジで測定する場合は、 $70\mu\text{L}$  以内の検体量で測定する機能を有する。

- 1-8 シリンジ検体を用いた測定結果の表示、出力に要する時間は、1 検体当たり 40 秒以内である。
- 1-9 オキシメトリー測定に関しては、測定部に超音波溶血処理機能及び 100 波長以上の多波長吸光度測定する機能を有し、HbF、ビリルビン、脂質、エバンスブルー、カーディオグリーン等の妨害物質の影響を抑制する機能を有する。
- 1-10 グルコースおよびラクテートの測定時に干渉物質であるアセチルサリチル酸、ドパミン、サリチル酸、アセトアミノフェン、非抱合型ビリルビン、抱合型ビリルビン、アスコルビン酸の影響を抑制する機能を有する。
- 1-11 精度管理専用試料を用いた、3 レベル以上の自動精度管理機能を有する。
- 1-12 検体流路の状態確認を実施できるよう、精度管理試料の導入流路は血液検体と同一である。
- 1-13 患者測定記録を 2000 件以上、キャリブレーション記録を 1000 件以上、装置記録を 5000 件以上保存する機能を有し、保存データから任意に患者 ID・オーダー番号・測定年月日による検索機能を有する。
- 1-14 バーコードリーダーを内蔵し、RS232C ポート、USB ポートを有する。

## 【2, 機器管理システム AQURE 製品仕様】

### 2 基本性能

2-1 HL7 2.5、ASTM によるデータ通信が可能である。

2-2 2 台以上の装置を接続可能である。

2-3 接続された装置のキャリブレーションおよび精度管理の状態を、遠隔でクライアント端末から把握できる。

2-4 接続された装置と同じ画面をリアルタイムで共有し、クライアント端末から遠隔操作が可能である。

2-5 接続された装置の消耗品の残量をクライアント端末から遠隔で確認できる。

2-6 接続された装置のメンテナンススケジュールがクライアント端末から遠隔で確認できる。

2-7 外付けの信号灯による装置ステータス変化を知らせる機構を有する。

2-8 精度管理結果をプロット表記や、統計データのレポートを作成する機能を有する。

# 入 札 書

## 1 入札金額(消費税込)

	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(注) 1 履行期間での金額を明瞭に記入してください。

2 金額頭部に¥を記入してください。

3 金額の訂正は無効となります。

## 2 件 名 総合病院厚生中央病院 ラジオメーター製血液ガス分析装置更新

上記の金額をもって入札いたします。

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院

院長 河島 尚志 様

住 所

入 札 者

名 前

⑩

(入札者の押印は、入札参加申請書に押印した印鑑)

## 入札参加申請書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院

院長 河島 尚志 様

住所

名前

㊞

令和 8 年 6 月 23 日 (火) 13 時 30 分から執行される

総合病院厚生中央病院 ラジオメーター製血液ガス分析装置更新に係る一般競争入札に参加したく申請します。

# 反社会的勢力排除に関する誓約書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院  
院長 河島 尚志 殿

住所（所在地）：

法人名： ⑨

代表者名：

電話番号：

弊社は総合病院厚生中央病院との取引に伴い、反社会的勢力に該当しないことを表明し、以下のとおり誓約致します。  
なお、本誓約書にて誓約した事項については、本誓約書提出以前に弊社との間で締結した一切の契約及び本誓約書提出以降に弊社との間で締結する一切の契約について適用されることを了承します。

1. 弊社は総合病院厚生中央病院と締結する契約に際し、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。

- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用してしていると認められる関係を有すること
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (6) その他前号 (1) から (5) に類する反社会的勢力との関係を有すること

2. 弊社は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。

- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前号 (1) から (4) に準じる行為

3. 弊社は自らの全ての下請または再委託先業者（以下「関連業者」という。）が第1項に該当しないことを確約し、将来にわたっても関連業者が同項若しくは第2項各号に該当する行為を行わないことを誓約します。

4. 弊社は関連業者が前項に該当することが契約締結後に判明した場合には、直ちに関連業者との契約を解除し、または契約解除のための措置をとるものとします。

5. 弊社が前各項に違反した場合は、総合病院厚生中央病院が弊社に何らの催告なしに直ちに契約を解除しても弊社は意義を述べないことを確約します。

6. 弊社は前5号により契約を解除された場合、総合病院厚生中央病院に対して一切の損害賠償請求を行わないことを確約し、契約書で定められている違約金を総合病院厚生中央病院に支払うことを確約します。

## 機密保持に関する誓約書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院  
院長 河島 尚志 殿

住所（所在地）：  
法人名： ④  
代表者名：  
電話番号：

\_\_\_\_\_（以下「当社」という。）は総合病院厚生中央病院における一般競争入札を行うにあたり、貴院から当社に対して開示される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。

### （機密情報の定義）

第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。

- （1） 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
- （2） 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
- （3） 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
- （4） 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
- （5） 貴院から書面により開示の承認を得た情報。

### （機密情報の取扱期間）

第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。

### （表明及び保証）

第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証（明示か黙示を問わない。）を行わないことを当社は了承します。

- 2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。

(機密情報の取扱い)

第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。

2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。

(機密情報取扱いの例外)

第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとしします。

(1) 顧問弁護士、会計監査人

(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家

(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における 当該官公署

(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体

(善管注意義務)

第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。

(機密情報の返還)

第7条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本件目的に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において破棄します。

(損害賠償)

第8条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとしします。

(準拠法及び管轄裁判所)

第9条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。

2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、貴院の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意します。

以上

## 委任状

総合病院 厚生中央病院

院長 河島 尚志 様

私は 印 を代理人と定め下記の委託に  
関する入札の一切の権限を委任します。

記

1. 入札件名

総合病院厚生中央病院 ラジオメーター製血液ガス分析装置更新

※入札日時:令和8年6月23日(火) 13時30分

令和 年 月 日

住所

氏名

④